

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310047  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TGO (ASAT) R1 5X40ML + R2 1X50ML  
LOTE / LOT: 10732524213  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 22/05/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/07/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGO (ASAT) R1 40ML  
LOTE / LOT: 10735324200  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/07/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGO (ASAT) R2 50ML  
LOTE / LOT: 10735424200  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/07/2025

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION  | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS   | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIQUIDO LIMPIDO, AMARELO PALHA/CLEAR, STRAW YELLOW LIQUID                                  | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR  | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR  | Conforme/According  |
| pH R1                             | 7,65 (7,55-7,75)   | 7,63                |
| pH R2                             | 9,60 (9,50-9,70)   | 9,63                |
| pH R1 + R2                        | 7,65 (7,55-7,75)   | 7,62                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0,015 (0,00-0,03)  | 0,01                |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 1,875 (1,80-1,95)  | 1,83                |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.