

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310047  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** TGO (ASAT) R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101792495  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 22/05/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 08/07/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** TGO (ASAT) R1 20ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101802494  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 10/07/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** TGO (ASAT) R2 15ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101812494  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 08/07/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparência / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparência / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO, AMARELO PALHA/CLEAR, STRAW YELLOW LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,65 (7,55-7,75)	7,63
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,63
pH R1 + R2	7,65 (7,55-7,75)	7,62
Absorbância / Absorbance R1	0,015 (0,00-0,03)	0,01
Absorbância / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,80-1,95)	1,83
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.