

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310047  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** TGO (IFCC) R1 4 X 34,5 ML + R2 4 X 10,3 ML (RESPONS)  
**LOTE / LOT:** 1111952472  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 31/07/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 12/09/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** TGO (IFCC) R1 34,5 ML + R2 10,3 ML  
**LOTE / LOT:** 1111942469  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 12/09/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO, AMARELO PALHA/CLEAR, STRAW YELLOW LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,65 (7,55-7,75)	7,66
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,64
pH R1 + R2	7,65 (7,55-7,75)	7,69
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,00-0,03)	0,01
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,80-1,95)	1,918
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According