

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310189
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION UREIA UV WS R1 4X34,5ML + R2 4X10,3ML (RESPONS)
LOTE / LOT: 1111832459
DATA DE FABR./MANUF. DATE 17/05/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/10/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV R1 34,5ML + R2 10,3ML
LOTE / LOT: 1111842459
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/10/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELADO/CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE TIOL/SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,80 (7,70-7,90)	7,80
pH R1 + R2	7,80 (7,70-7,90)	7,81
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,57
Absorbancia / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0,242
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,850 (1,700-2,000)	1,954
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According