

Certificado de Análise

Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310055
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 1X40ML + R2 1X10ML
LOTE / LOT: 1124162418
DATA DE FABR./MANUF. DATE 26/08/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 40ML
LOTE / LOT: 1124172418
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R2 10ML
LOTE / LOT: 1124182417
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO A LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH,SLIGHTLY OPALESCENT	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELO A LEVEMENTE AVERMELHADO/CLEAN, YELLOW TO SLIGHTLY REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	0.80 (0.7-0.9)	0,82
pH R2	0.90 (0.8-1)	0,9
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,001
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.015 (0.000-0.030)	0,003
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.