

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310044  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CK-NAC DGKC/IFCC R1 3X20ML + R2 1X15ML  
LOTE / LOT: 10708024261  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/07/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/01/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CK-NAC DGKC/IFCC R1 20ML  
LOTE / LOT: 10730124185  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/02/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CK-NAC DGKC/IFCC R2 15ML  
LOTE / LOT: 10730224197  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/01/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparência / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparência / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR (TIOL)/SLIGHT THIOL ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	6,00 (5,90 – 6,10)	6,04
pH R2	9,00 (8,90 – 9,10)	9,03
pH R1 + R2	6,50 (6,40 – 6,60)	6,54
Absorbância / Absorbance R1	0.190 (0.100-0.280)	0,195
Absorbância / Absorbance (R1 + R2) - R1	0.250 (0.100-0.400)	0,315
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

Nayane Lima  
Controle de Qualidade / Quality Control