

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310205
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CREATININA WS R1 2X40ML + R2 2X10ML
LOTE / LOT: 1124382423
DATA DE FABR./MANUF. DATE 28/08/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 19/04/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA WS R1 40ML
LOTE / LOT: 1124392423
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/07/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA WS R2 10ML
LOTE / LOT: 1124402423
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 19/04/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	13.0 (12.90-13.10)	12,96
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.150 (0.120-0.180)	0,147
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According