

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310196
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION FOSFATO UV WS R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101602465
DATA DE FABR./MANUF. DATE 30/08/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 19/08/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FOSFATO UV WS R1 20ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101612462
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 19/08/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FOSFATO UV WS R2 15ML (MIURA)
LOTE / LOT: A1101622460
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 19/08/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	PARECIDO COM DERIVADOS DE POLI-OXIDOS/SIMILAR TO POLYOXY-DERIVATIVES	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	0.80 (0.70-0.90)	0,85
pH R2	4.80 (4.70-4.90)	4,85
pH R1 + R2	0.90 (0.80-1.00)	0,95
Absorbancia / Absorbance R1	0.025 (0.000-0.050)	0,01
Absorbancia / Absorbance (R1 + R2) - R1	0.150 (0.000-0.300)	0,09
Absorbancia / Absorbance R2	0.125 (0.000-0.250)	0,177
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.