

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310278
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION LDL-C DIRETO R1 3X20ML + R2 1X15ML
LOTE / LOT: 112251246
DATA DE FABR./MANUF. DATE 06/09/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/11/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LDL-C DIRETO R1 20ML
LOTE / LOT: 112258245
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/11/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LDL-C DIRETO R2 15ML
LOTE / LOT: 112259245
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/11/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, AMARELADO A ROSEADO/CLEAR, YELLOWISH TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.