

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310073  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** PROTEINA TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO  
**LOTE / LOT:** 10736624216  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 06/09/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 28/05/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PADRAO DE PROTEINA TOTAL 3ML  
**LOTE / LOT:** 10737124131  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 07/09/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PROTEINA TOTAL R1 20ML  
**LOTE / LOT:** 10737824123  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 29/07/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PROTEINA TOTAL R2 15ML  
**LOTE / LOT:** 10737924121  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 28/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AZUL/CLEAR BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	12.8 (12.6-13.0)	12,77
pH R2	13.3 (13.1-13.5)	13,19
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,0003
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.045 (0.030-0.060)	0,045
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.