

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310210  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** PROTEINA TOTAL WS R1 1X40ML + R2 1X10ML  
**LOTE / LOT:** 1124662413  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 27/08/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 29/07/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PROTEINA TOTAL WS R1 40ML  
**LOTE / LOT:** 1124672414  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 29/07/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PROTEINA TOTAL WS R2 10ML  
**LOTE / LOT:** 1124682412  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 29/07/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AZUL/CLEAR BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	12.8 (12.6-13.0)	12,77
pH R2	13.3 (13.1-13.5)	13,19
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,0003
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.045 (0.030-0.060)	0,045
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According