

# TopKon L



## Anvisa 80115310105

Soro controle de Lipídios  
Sérum de control Lipidos

Art.: 6010003KC (1 x 3 mL)

**LOT** 1077792470

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

12-2026

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>

\*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

\*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

Parâmetro Parámetro	Método Método	Equipamento Equipamento	Valor Médio Valor medio	Limites de referência* Límites de referencia*	1 SD 1 SD	Unidade Unidad
<b>APO A1</b> Apolipoproteína A1	Imunoturbidimétrico Imunoturbidimétrico	Respons 910, 920 e 940	114	91,3 - 137	7,62	mg/dL
			1,14	0,913 - 1,37	0,076	g/L
<b>APO B</b> Apolipoproteína B	Imunoturbidimétrico Imunoturbidimétrico	Respons 910, 920 e 940	77,3	61,8 - 92,7	5,15	mg/dL
			0,773	0,618 - 0,927	0,052	g/L
<b>COLESTEROL</b> Colesterol total	CHOD-PAP	Respons 910, 920 e 940	149	128 - 170	7,00	mg/dL
			3,85	3,31 - 4,39	0,180	mmol/L
			1,49	1,28 - 1,70	0,070	g/L
<b>FOSFOLIPÍDIOS</b> Fosfolípidios Fosfolípidos	Enzimático	Respons 910	239	191 - 287	16,0	mg/dL
			3,08	2,46 - 3,70	0,207	mmol/L
			2,39	1,91 - 2,87	0,160	g/L
<b>HDL-C</b> Colesterol HDL	Direto, colorimétrico	Respons 910, 920 e 940	41,0	32,8 - 49,2	2,73	mg/dL
			1,06	0,848 - 1,27	0,070	mmol/L
	CHOD-PAP Precipitante		34,7	27,7 - 41,6	2,32	mg/dL
			0,897	0,717 - 1,08	0,061	mmol/L
			0,347	0,277 - 0,416	0,023	g/L
<b>LDL-C</b> Colesterol LDL	Direto, colorimétrico	Respons 910, 920 e 940	93,6	74,9 - 112	6,18	mg/dL
			2,42	1,94 - 2,90	0,160	mmol/L
	CHOD-PAP Precipitante		0,936	0,749 - 1,12	0,062	g/L
			103	82,4 - 124	6,93	mg/dL
			2,66	2,13 - 3,20	0,178	mmol/L
			1,03	0,824 - 1,24	0,069	g/L
<b>Lp-PLA<sub>2</sub></b> Lipoproteína associada fosfolipase A <sub>2</sub>	Colorimétrico	Respons 910	272	217 - 326	18,2	U/L
			4,53	3,62 - 5,43	0,302	μkat/L
<b>NEFA</b> Ácidos Graxos não esterificados Acidos Grasos no esterificados	Enzimático	Respons 910	15,2	12,2 - 18,2	1,00	mg/dL
			0,538	0,430 - 0,646	0,036	mmol/L
			0,152	0,122 - 0,182	0,010	g/L
<b>TRIGLICERÍDEOS</b> Triglicéridos Triglicéridos	GPO-PAP	Respons 910, 920 e 940	108	86,6 - 130	7,23	mg/dL
			1,22	0,975 - 1,46	0,081	mmol/L
			1,08	0,866 - 1,30	0,072	g/L



**Kovalent do Brasil Ltda.**

Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jardim Bom Retiro

São Gonçalo – RJ – Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

[www.kovalent.com.br](http://www.kovalent.com.br)

SAC: 21 3907-2534 / 0800 015 1414 [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br)