

TopKal HbA1c



Anvisa 80115310146

Art.: 6090001KC (4 x 0,25 mL)

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://kovalent.com.br/produto/topkal-hba1c/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://kovalent.com.br/produto/topkal-hba1c/>

LOT		Níveis	Artigos	
	1084102472	Nível 1	609000025N1	09-2025
	1084112471	Nível 2	609000025N2	09-2025
	1084122471	Nível 3	609000025N3	09-2025
	1084132471	Nível 4	609000025N4	09-2025

VALORES DO CALIBRADOR DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO IFCC [mmol/mol]		
Parâmetro	Níveis	Valores
Parâmetro	Niveles	Valores
2 REAGENTES		
Topkal HbA1c Topkal HbA1c	1	25,0
	2	58,7
	3	117
	4	170

VALORES DO CALIBRADOR DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO DCCT/NGSP [%]		
Parâmetro	Níveis	Valores
Parâmetro	Niveles	Valores
2 REAGENTES		
Topkal HbA1c Topkal HbA1c	1	4,44
	2	7,52
	3	12,9
	4	17,7



Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: sac@kovalent.com.br