

# Topkal Homocisteína (5 níveis)



Anvisa 80115310197

Art.: 6190005KC (5 x 1 mL)

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores e instruções de uso, acesse a versão atualizada em: <https://grupokovalent.com.br/reagente/topkal-homocisteina-5-niveis/>

En caso de cambio de valores e instrucciones de uso, vaya a la versión actualizada en: <https://grupokovalent.com.br/reagente/topkal-homocisteina-5-niveis/>

|                        | Níveis  | Artigos   |         |
|------------------------|---------|-----------|---------|
| A1095792436            | Nível 1 | 6190001N1 | 09-2025 |
| <b>LOT</b> A1095802436 | Nível 2 | 6190001N2 | 09-2025 |
| A1095812436            | Nível 3 | 6190001N3 | 09-2025 |
| A1095822436            | Nível 4 | 6190001N4 | 09-2025 |
| A1095832436            | Nível 5 | 6190001N5 | 09-2025 |

| Parâmetro   | Método  | Níveis  | Valor | Unidade |
|---|---|---------|-------|---------|
| Parámetro   | Método  | Niveles | Valor | Unidad  |
| TOPKAL HOMOCISTEÍNA<br>Topkal Calibrador Homocisteína | Padronização OMS<br>Estandarización de la OMS | 1       | 2,00  | µmol/L  |
|   |   | 2       | 6,45  | µmol/L  |
|   |   | 3       | 15,70 | µmol/L  |
|   |   | 4       | 27,50 | µmol/L  |
|   |   | 5       | 49,60 | µmol/L  |



Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br)