

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310046
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ACIDO URICO R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
LOTE / LOT: 10708524215
DATA DE FABR./MANUF. DATE 18/09/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 31/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE ACIDO URICO 3ML
LOTE / LOT: 10731324132
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO R1 200ML
LOTE / LOT: 10718624153
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 31/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO R2 50ML
LOTE / LOT: 10718724140
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR LIQUID, STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7,04
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7,04
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,001
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,021
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.