

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310207  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TRIGLICERIDEOS WS R1 4 X 43,6 ML (RESPONS)  
LOTE / LOT: 1111932449  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/09/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 24/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TRIGLICERIDEOS MONORREAGENTE 43,6 ML  
LOTE / LOT: 1111922449  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 24/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, AMARELO/CLEAR, YELLOW	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7,2 (7,1-7,3)	7,19
Absorbancia / Absorbance	0,040 (0,000-0,080)	0,0093
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.