

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310189
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION UREIA UV WS R1 2X40ML + R2 2X10ML
LOTE / LOT: 1124712417
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/08/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 19/06/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV WS R1 40ML
LOTE / LOT: 1124722418
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV WS R2 10ML
LOTE / LOT: 1124732417
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 19/06/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparência / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparência / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELADO/CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE TIOL/SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,80 (7,70-7,90)	7,73
pH R1 + R2	7,80 (7,70-7,90)	7,82
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,58
Absorbância / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0,239
Absorbância / Absorbance R1 + R2	1,850 (1,700-2,000)	1,966
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.