

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310044
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CK-NAC DGKC/IFCC R1 1X40ML + R2 1X10ML
LOTE / LOT: 1124242419
DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/10/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/05/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CK-NAC DGKC/IFCC R1 40ML
LOTE / LOT: 1124252418
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/08/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CK-NAC DGKC/IFCC R2 10ML
LOTE / LOT: 1124262416
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/05/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR (TIOL)/ SLIGHT SMELL (TIOL)	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERÍSTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	6,00 (5,90 - 6,10)	6,02
pH R2	9,00 (8,90 - 9,10)	9,05
pH R1+R2	6,50 (6,40 - 6,60)	6,53
Absorbancia / Absorbance R1	0,190 (0,100 - 0,280)	0,194
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,250 (0,100 - 0,400)	0,313
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.