

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310211  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CALCIO ARSENAZO III WS 4 X 23,7 ML (RESPONS)  
**LOTE / LOT:** 1112212439  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 23/09/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 09/09/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CALCIO MONORREAGENTE 23,7 ML  
**LOTE / LOT:** 1112202439  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 09/09/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VIOLETA/CLEAR, VIOLET	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	7,50 (7,40-7,60)	7,44
Absorbancia / Absorbance	0,390 (0,280-0,500)	0,371
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.