

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310255
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION MAGNESIO COLORIMETRICO 2X30ML + 1X3ML PADRAO
LOTE / LOT: 1118112462
DATA DE FABR./MANUF. DATE 20/09/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE MAGNESIO COLORIMETRICO 3ML
LOTE / LOT: 1118122429
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: MAGNESIO COLORIMETRICO 30ML
LOTE / LOT: 1118132441
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/06/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	AZUL, LIMPIDO / CLEAR, BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	11.0 (10.9-11.1)	11,06
Absorbancia / Absorbance	1.150 (1.000-1.300)	1,284
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.