

TopKal HDL/LDL

kovalent 


Anvisa 80115310095

Soro de calibração de lipídios
Suero de calibración de lipidos

Art.: 6290002KC (1 x 2 mL)
6290004KC (2 x 2 mL)

LOT 1100102477

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent
Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

 08-2026

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/>

Parâmetro Parámetro	Método Método	Valor Valor	Unidade Unidad
Fosfolipídios Fosfolipidos	Enzimático	318	mg/dL
		4,10	mmol/L
		3,18	g/L
HDL-C HDL Colesterol	Imunoinibição	64,5	mg/dL
		1,67	mmol/L
	0,645	g/L	
	Direto, colorimétrico	60,9	mg/dL
		1,57	mmol/L
0,609		g/L	
LDL-C LDL Colesterol	Seleção homogênea	140	mg/dL
		3,61	mmol/L
		1,40	g/L
	Direto, colorimétrico	149	mg/dL
		3,85	mmol/L
1,49	g/L		
Lp-PLA₂ Lipoproteína associada fosfolipase A ₂	Colorimétrico	426	U/L
		7,11	µkat/L
NEFA Ácidos graxos não esterificados	Enzimático	51,6	mg/dL
		1,83	mmol/L
		0,516	g/L



Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: sac@kovalent.com.br