



Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310217
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TOPKAL CK-MB 1X1ML
LOTE / LOT: 1100082481
DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/10/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 31/03/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TOPKAL CK-MB 1ML
LOTE / LOT: A1100072482
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 31/03/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

Patricia Monteiro
Controle de Qualidade / Quality Control