



Laboratórios Lorne Ltda.
Unidade 1 Cutbush Park Industrial Estate
Danehill, Lower Earley,
Berkshire RG6 4UT, Reino Unido

Número do documento: F031	Nível de revisão: 01	Data: 31 AGO 2022
Título: CERTIFICADO DE ANÁLISE		Número da página: 1 de 1

Certificado de Análise

PRODUTO	Reagente Anti-Jk ^b Monoclonal para Grupos Sanguíneos
NÚMERO DO LOTE	77616-A1 e todos os sublotos (ou seja, 77616-A2, 77616-A3, 77616-A4, etc.)
DATA DE FABRICAÇÃO	31/07/2024
DATA DE VALIDADE	31/07/2026
CORANTE	Nenhum
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO	Refrigerar a 2-8°C
CARGA BIOLÓGICA	Produto filtrado através de um filtro estéril de 0,2 µm. O reagente não é estéril.
CONSERVANTE	< 0,1% de azida de sódio p/v

CONTROLE DE QUALIDADE:

Teste de tubo	
POTÊNCIA:	Células Jk(a+b+) 1 em 32
ESPECIFICIDADE:	Fenótipos positivos Fenótipos negativos
	Células Jk(a+b+) Grau 5 Células Jk(b-) Negativo

DECLARAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE	Os materiais de origem usados para produzir este lote foram testados na fonte e considerados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg Este lote de Anti-Jk ^a supera os requisitos de potência e especificidade descritos na edição atual das Diretrizes para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido
--	---

Revisor:	Coordenadora de Assessoria Científica
Assinatura:	<i>Alessandra Ferreira</i>
Data:	29 novembro de 2024



Lorne Laboratories Ltd.
 Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate
 Danehill, Lower Earley,
 Berkshire RG6 4UT, UK

Document Number: F031	Revision Level: 01	Date: 31 AUG 2022
Title: CERTIFICATE OF ANALYSIS		Page Number: 1 of 1



Certificate of Analysis

(See LOR006 for Methodology)

PRODUCT	Anti-Jk ^b Monoclonal Blood Grouping Reagent
LOT NUMBER	77616-A1 and all sub-lots (i.e 77616-A2, 77616-A3, 77616-A4, etc)
DATE OF MANUFACTURE	2024-07-31
DATE OF EXPIRY	2026-07-31
DYE	None
STORAGE CONDITIONS	Refrigerate at 2-8°C
BIOBURDEN	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter. The reagent is not sterile
PRESERVATIVE	< 0.1% Sodium Azide w/v

QUALITY CONTROL:

POTENCY:	Tube Test	
	Jk(a+b+) Cells	1 in 32
SPECIFICITY:	Positive Phenotypes	Negative Phenotypes
	Jk(a+b+) Cells Grade 5	Jk(b-) Cells Negative

QUALITY CONTROL STATEMENT	<p>Source materials used to produce this lot were tested at source and found to be non-reactive for anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg</p> <p>This lot of Anti-Jk^a surpasses the potency and specificity requirements as described in the current edition of the Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK</p>
----------------------------------	---

Title	QA Coordinator
Signature	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">Pradeepthy Anasuri</div> <div style="font-size: 2em; color: #e91e63; margin-right: 10px;">}</div> <div> <p>Digitally signed by Pradeepthy Anasuri</p> <p>Date: 2024.11.23 16:15:07 Z</p> </div> </div>
Date:	23 NOV 2024