

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310040
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL CHOD PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020250K
LOTE / LOT: 10708724182
DATA DE FABR./MANUF. DATE 30/10/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/11/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE COLESTEROL 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020003P
LOTE / LOT: 10725324100
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/11/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: COLESTEROL MONORREAGENTE 250ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020250MK
LOTE / LOT: 10719024172
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	6.70 (6.60-6.80)	6,70
Absorbancia / Absorbance	0.015 (0.000-0.030)	0,018
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According