

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310073
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION PROTEINA TOTAL R1 3X26,67ML + R2 1X20ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1120100.01K
LOTE / LOT: 112047244
DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/12/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/07/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE PROTEINA TOTAL 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1120003P
LOTE / LOT: 10737124131
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/09/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PROTEINA TOTAL R1 26,67ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 112026.67R1K
LOTE / LOT: 112058244
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/07/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PROTEINA TOTAL R2 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1120020R2K
LOTE / LOT: 112059244
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/07/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AZUL/CLEAR BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	12.8 (12.6-13.0)	12,77
pH R2	13.3 (13.1-13.5)	13,19
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,0003
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.045 (0.030-0.060)	0,045
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.