

TopKon N



Anvisa 80115310226

Soro controle normal
Suero de control normal

Art.: 6020010KC (2 x 5 mL)
6020020KC (4 x 5 mL)
6020030KC (6 x 5 mL)

LOT 10778024210

10-2026

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referência para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-n/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-n/>

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

Parâmetro	Método	Valor Médio	Limites de referência*			1 SD	Unidade
Parámetro	Método	Valor medio	Límites de referencia*			1 SD	Unidad
Ácidos Biliares							
Ácidos Biliares	Ciclagem enzimática / Respons 910	9,29	7,43	-	11,1	0,612	µmol/L
Ácido Úrico	TBHBA / Respons 910, 920 e 940	4,67	4,01	-	5,32	0,218	mg/dL
		278	239	-	316	12,8	µmol/L
	Acido Urico	4,79	4,12	-	5,46	0,223	mg/dL
Albumina		3,76	2,89	-	4,62	0,288	g/dL
	Verde de Bromocresol / Respons 910, 920 e 940	37,6	28,9	-	46,2	2,88	g/L
Alfa Amilase G7		66,7	53,3	-	80,0	4,45	U/L
Alfa-Amilasa G7	EPS G-7 / Respons 910, 920 e 940	1,11	0,889	-	1,33	0,074	µkat/L
Amilase Pancreática		26,6	21,3	-	32,0	1,78	U/L
Amilasa Pancreática	EPS G-7 / Respons 910, 920 e 940	0,444	0,355	-	0,533	0,030	µkat/L
Apolipoproteína A1		141	113	-	169	9,39	mg/dL
Apolipoproteína A1	Imunoturbidimétrico / Respons 910, 920 e 940	1,41	1,13	-	1,69	0,094	g/L
Apolipoproteína B		74,6	59,7	-	89,5	4,97	mg/dL
Apolipoproteína B	Imunoturbidimétrico / Respons 910, 920 e 940	0,746	0,597	-	0,895	0,050	g/L
Bilirrubina Direta		0,858	0,635	-	1,08	0,074	mg/dL
Bilirrubina Directa	DCA / Respons 910, 920 e 940	14,7	10,9	-	18,5	1,27	µmol/L
Bilirrubina Total		1,50	1,11	-	1,89	0,130	mg/dL
Bilirrubina Total	DCA / Respons 910, 920 e 940	25,6	19,0	-	32,3	2,22	µmol/L
Cálcio		8,72	7,76	-	9,68	0,320	mg/dL
	Calcio	2,18	1,94	-	2,41	0,080	mmol/L
		9,06	8,07	-	10,1	0,332	mg/dL
	Fosfonazo / Respons 910, 920 e 940	2,26	2,01	-	2,51	0,083	mmol/L
Capacidade de ligação do ferro não saturado UIBC		252	202	-	302	16,8	µg/dL
Capacidad de unión del hierro no saturado	Ferene / Respons 910, 920 e 940	45,1	36,1	-	54,2	3,01	µmol/L
CK-MB		32,6	26,1	-	39,2	2,18	U/L
CK-MB	mAK, método imunológico, 37 °C / Respons 910, 920 e 940	0,544	0,435	-	0,653	0,036	µkat/L
CK-NAC		144	115	-	173	9,62	U/L
CK-NAC Total	DGKC, IFCC 37 °C / Respons 910, 920 e 940	2,40	1,92	-	2,89	0,160	µkat/L
Cloreto		103	93,8	-	112	3,09	mmol/L
	Cloruro	365	332	-	398	11,0	mg/dL
		103	93,4	-	112	3,08	mmol/L
	ISE direta Respons 920 e 940	364	331	-	397	10,9	mg/dL
Cobre		20,6	16,5	-	24,8	1,38	µmol/L
Cubre	Colorimétrico, ponto final	131	105	-	158	8,83	µg/dL
Colesterol		145	125	-	166	6,78	mg/dL
Colesterol	CHOD-PAP / Respons 910, 920 e 940	3,75	3,23	-	4,28	0,175	mmol/L
Colinesterase		6195	5080	-	7310	372	U/L
Colinesterasa	Butiriltiocolina / Respons 910, 920 e 940	103	84,7	-	122	6,19	µkat/L

TopKon N



Anvisa 80115310226

Soro controle normal
Suero de control normal

Art.: 6020010KC (2 x 5 mL)
6020020KC (4 x 5 mL)
6020030KC (6 x 5 mL)

LOT 10778024210

10-2026

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-n/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-n/>

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

Parâmetro	Método	Valor Médio	Limites de referência*			1 SD	Unidade
Parámetro	Método	Valor medio	Límites de referencia*			1 SD	Unidad
Creatinina Creatinina	Jaffé sem compensação / Respons 910, 920 e 940	1,49	1,16	-	1,81	0,109	mg/dL
		131	103	-	160	9,64	µmol/L
	Jaffé com compensação / Respons 910, 920 e 940	1,37	1,07	-	1,67	0,100	mg/dL
		121	94,3	-	148	8,87	µmol/L
	Enzimática PAP / Respons 910, 920 e 940	1,33	1,04	-	1,63	0,098	mg/dL
		118	91,9	-	144	8,64	µmol/L
Ferro Hierro	Ferene / Respons 910	81,3	69,9	-	92,7	3,79	µg/dL
		14,6	12,5	-	16,6	0,680	µmol/L
	Ferene Respons 920 e 940	85,2	73,2	-	97,1	3,97	µg/dL
15,3		13,1	-	17,4	0,712	µmol/L	
Fosfatase Alcalina Fosfatasa Alcalina	IFCC 37 °C / Respons 910, 920 e 940	64,7	48,5	-	80,9	5,40	U/L
		1,08	0,809	-	1,35	0,090	µkat/L
Fosfato Fosforo	Molibdato UV, partida com substrato / Respons 910, 920 e 940	2,86	2,34	-	3,37	0,171	mg/dL
		0,922	0,756	-	1,09	0,055	mmol/L
	Molibdato UV, partida com amostra	2,90	2,38	-	3,42	0,174	mg/dL
		0,937	0,768	-	1,11	0,056	mmol/L
Fosfolipídio Fosfolípido	Enzimático / Respons 910	164	131	-	197	10,9	mg/dL
		2,11	1,69	-	2,53	0,141	mmol/L
Gama-GT Gamma-GT	IFCC, DGKC 1994 37 °C / Respons 910, 920 e 940	28,1	21,9	-	34,2	2,06	U/L
		0,468	0,365	-	0,571	0,034	µkat/L
	Szasz 37 °C	24,8	19,4	-	30,3	1,82	U/L
		0,414	0,323	-	0,505	0,030	µkat/L
GLDH GLDH	DGKC 1970 37 °C	13,9	11,2	-	16,7	0,930	U/L
		0,232	0,186	-	0,279	0,015	µkat/L
Glicose Glucosa	GOD-PAP / Respons 910, 920 e 940	88,8	74,6	-	103	4,74	mg/dL
		4,93	4,14	-	5,72	0,263	mmol/L
	Hexoquinase / G6P-DH / Respons 910, 920 e 940	88,9	74,6	-	103	4,74	mg/dL
		4,93	4,14	-	5,72	0,263	mmol/L
HBDH HBDH	DGKC 37 °C	127	102	-	153	8,48	U/L
		2,12	1,70	-	2,54	0,141	µkat/L
HDL-C HDL Colesterol	Direto, colorimétrico / Respons 910, 920 e 940	45,7	36,5	-	54,8	3,04	mg/dL
		1,18	0,945	-	1,42	0,079	mmol/L
Hidroxibutirato Hidroxibutirato	β-HBDH / Diaforase 37 °C	0,311	0,248	-	0,373	0,021	mmol/L
		3,23	2,59	-	3,88	0,216	mg/dL
	β-HBDH 37 °C / Respons 910, 920 e 940	0,308	0,247	-	0,370	0,021	mmol/L
		3,21	2,57	-	3,85	0,214	mg/dL
IgA IgA	Imunoturbidimétrico / Respons 910, 920 e 940	186	142	-	231	14,9	mg/dL
		1,86	1,42	-	2,31	0,149	g/L
IgE IgE	Imunoturbidimétrico / Respons 910, 920 e 940	81,3	65,0	-	97,5	5,42	UI/mL
		195	156	-	234	13,0	ng/mL

TopKon N



Anvisa 80115310226

Soro controle normal
Suero de control normal

Art.: 6020010KC (2 x 5 mL)
6020020KC (4 x 5 mL)
6020030KC (6 x 5 mL)

LOT 10778024210

10-2026

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-n/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-n/>

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

Parâmetro	Método	Valor Médio	Limites de referência*		1 SD	Unidade
Parámetro	Método	Valor medio	Límites de referencia*		1 SD	Unidad
IgG		898	718	- 1077	59,9	mg/dL
IgG	Imunoturbidimétrico / Respons 910, 920 e 940	8,98	7,18	- 10,8	0,599	g/L
IgM		87,2	62,8	- 112	8,14	mg/dL
IgM	Imunoturbidimétrico / Respons 910, 920 e 940	0,872	0,628	- 1,12	0,081	g/L
Lactato		12,5	9,91	- 15,2	0,878	mg/dL
Lactato	LDH UV / Respons 910, 920 e 940	1,39	1,10	- 1,68	0,097	mmol/L
LDH		249	204	- 293	14,8	U/L
LDH	DGKC opt. 1970 37 °C	4,14	3,40	- 4,89	0,248	µkat/L
	IFCC, modificada / Respons 910, 920 e 940	156	128	- 184	9,34	U/L
		2,60	2,13	- 3,06	0,156	µkat/L
LDL-C		83,9	67,1	- 101	5,59	mg/dL
LDL Colesterol	Direto, colorimétrico / Respons 910, 920 e 940	2,17	1,74	- 2,60	0,145	mmol/L
Lipase		51,2	40,9	- 61,4	3,41	U/L
Lipasa	Colorimétrico / Respons 910, 920 e 940	0,853	0,682	- 1,02	0,057	µkat/L
Lítio		0,926	0,796	- 1,06	0,043	mmol/L
Lítio	ISE direta Respons 920 e 940	0,642	0,552	- 0,732	0,030	mg/dL
Magnésio		2,03	1,71	- 2,36	0,109	mg/dL
Magnésio	Método azul de xilidil / Respons 910, 920 e 940	0,837	0,703	- 0,971	0,045	mmol/L
Potássio		4,46	4,06	- 4,86	0,134	mmol/L
Potasio	Enzimático / Respons 910, 920 e 940	17,4	15,9	- 19,0	0,523	mg/dL
	ISE direta Respons 920 e 940	3,92	3,57	- 4,28	0,118	mmol/L
		15,3	14,0	- 16,7	0,460	mg/dL
Proteína Total		6,56	5,84	- 7,29	0,241	g/dL
Proteína Total	Biureto sem branco de amostra / Respons 910, 920 e 940	65,6	58,4	- 72,9	2,41	g/L
	Biureto com branco de amostra / Respons 910, 920 e 940	5,98	5,32	- 6,64	0,219	g/dL
		59,8	53,2	- 66,4	2,19	g/L
Sódio		132	124	- 140	2,65	mmol/L
Sodio	Enzimático / Respons 910, 920 e 940	304	286	- 322	6,08	mg/dL
	ISE direta Respons 920 e 940	143	135	- 152	2,86	mmol/L
		329	309	- 349	6,58	mg/dL
TGO		41,6	32,0	- 51,2	3,19	U/L
AST/GOT	IFCC, com Piridoxal 5-fosfato 37 °C / Respons 910, 920 e 940	0,693	0,534	- 0,853	0,053	µkat/L
	Sem Piridoxal 5-fosfato 37 °C / Respons 910, 920 e 940	42,6	32,8	- 52,4	3,26	U/L
		0,710	0,546	- 0,873	0,054	µkat/L
TGP		51,8	39,9	- 63,7	3,97	U/L
ALAT/GPT	IFCC, com Piridoxal 5-fosfato 37 °C / Respons 910, 920 e 940	0,864	0,665	- 1,06	0,066	µkat/L
	Sem Piridoxal 5-fosfato 37 °C / Respons 910, 920 e 940	52,2	40,2	- 64,1	4,00	U/L
		0,869	0,669	- 1,07	0,067	µkat/L

TopKon N



Anvisa 80115310226

Soro controle normal
Suero de control normal

Art.: 6020010KC (2 x 5 mL)
6020020KC (4 x 5 mL)
6020030KC (6 x 5 mL)

LOT 10778024210

10-2026

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-n/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-n/>

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

Parâmetro	Método	Valor Médio	Limites de referência*	1 SD	Unidade
Parámetro	Método	Valor medio	Límites de referencia*	1 SD	Unidad
Transferrina		230	184 - 276	15,4	mg/dL
Transferrina	Imunoturbidimétrico / Respons 910, 920 e 940	2,30	1,84 - 2,76	0,154	g/L
Triglicerídeos		80,7	66,2 - 95,2	4,84	mg/dL
Trigliceridos	GPO-PAP / Respons 910, 920 e 940	0,909	0,745 - 1,07	0,055	mmol/L
Uréia		29,7	23,2 - 36,2	2,18	mg/dL
Urea	Urease UV / Respons 910, 920 e 940	4,94	3,86 - 6,03	0,363	mmol/L
Zinco	Colorimétrico, 5-Br-PAPS	33,5	26,8 - 40,3	2,25	µmol/L
		219	175 - 263	14,7	µg/dL
	Colorimétrico, 5-Br-PAPS / Respons 910	24,9	19,9 - 29,9	1,67	µmol/L
		163	130 - 195	10,8	µg/dL
Colorimétrico, 5-Br-PAPS / Respons 920	26,0	20,8 - 31,3	1,75	µmol/L	
	170	136 - 204	11,3	µg/dL	



Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: sac@kovalent.com.br