

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310051  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** TGP (ALAT) R1 3X20ML + R2 1X15ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2050075K  
**LOTE / LOT:** 10708324239  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 12/09/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 17/10/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** TGP (ALAT) R1 20ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2050020R1K  
**LOTE / LOT:** 10722324182  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 18/10/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** TGP (ALAT) R2 15ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2050015R2K  
**LOTE / LOT:** 10722424188  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 17/10/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,15 (7,05-7,25)	7,07
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,66
pH R1 + R2	7,15 (7,05-7,25)	7,14
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,01
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,800-1,950)	1,89
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.