

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310051  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TGP (IFCC) R1 3X26,67ML + R2 1X20ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2050100.01K  
LOTE / LOT: 112045245  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/12/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/10/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGP (ALAT) R1 26,67ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 205026.67R1K  
LOTE / LOT: 112054245  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGP (ALAT) R2 20ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2050020R2K  
LOTE / LOT: 112055245  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/10/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,15 (7,05-7,25)	7,09
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,54
pH R1 + R2	7,15 (7,05-7,25)	7,15
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,011
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,800-1,950)	1,904
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.