

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310042  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** LACTATO R1 3X20ML + R2 1X15ML  
**LOTE / LOT:** 10709525189  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 13/03/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 01/05/2026

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** LACTATO R1 20ML  
**LOTE / LOT:** 10721325143  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 01/05/2026

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** LACTATO R2 15ML  
**LOTE / LOT:** 10721425145  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 01/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According