

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310038  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040250K  
LOTE / LOT: 10709125232  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 25/03/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/03/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE GLICOSE 3ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040003P  
LOTE / LOT: 10725525138  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GLICOSE MONORREAGENTE 250ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040250MK  
LOTE / LOT: 10719525217  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/03/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparência / Appearance	LIMPIDO, AMARRONZADO A AVERMELHADO/CLEAR, BROWNISH TO REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7,51
Absorbância / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0,003
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control