

# Padrão PCR



Anvisa 80115310076

Art.: 4070060K (R1 2 x 25 mL + R2 1 x 10 mL + Padrão 1 x 1 mL)

**Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent**

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores e instruções de uso, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/pcr/>

En caso de cambio de valores e instrucciones de uso, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/pcr/>

Artigo	Expiração
LOT 10775025142	4070001P 10-2027

Parâmetro	Método/Padronização	Níveis	Valor	Unidade
Parámetro	Método/Estandarización	Niveles	Valor	Unidad
<b>Padrão PCR</b> Estándar PCR	ERM-DA474/IFCC	1	14,52	mg/dL

 **Kovalent do Brasil Ltda**  
Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro  
São Gonçalo - RJ - Brasil  
CEP: 24722-414  
CNPJ: 04.842.199/0001-56  
Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414  
E-mail: [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br)