

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310211  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CALCIO ARSENAZO III WS 2X30ML  
LOTE / LOT: 1101412578  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 19/08/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 30/06/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CALCIO ARSENAZO III WS 30ML (NOVO MIURA)  
LOTE / LOT: 1101422577  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 30/06/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance            | LIMPIDO, VIOLETA/CLEAR, VIOLET                                                             | Conforme/According  |
| Odor / Odour                      | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH                                | 7,50 (7,40-7,60)                                                                           | 7,49                |
| Absorbancia / Absorbance          | 0,390 (0,280-0,500)                                                                        | 0,374               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control