



Certificado de Análise
Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310267
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION HDL-C DIRETO R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML
LOTE / LOT: 1119892540
DATA DE FABR./MANUF. DATE 07/01/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/08/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: HDL-C DIRETO R1 38,6 ML + R2 11,4 ML
LOTE / LOT: 1119882540
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/08/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR A ROSA CLARO/CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	6,85 (6,8-6,9)	6,88
pH R2	8,15 (8,1-8,2)	8,16
Absorbancia / Absorbance R1	0,0150 (0,000-0,0300)	0,007
Absorbancia / Absorbance R1+ R2	0,0250 (0,000-0,0500)	0,009
Teste funcional / Functional test	± 10% DO VALOR ALVO DOS CONTROLES	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control