

Certificado de Análise
Analysis Certificate

MS ANVISA

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

LOTE / LOT:

DATA DE FABR./MANUF. DATE

DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:

80115310267

HDL-C DIRETO R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML

1119892541

10/02/2025

10/09/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:

LOTE / LOT:

DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:

HDL-C DIRETO R1 38,6 ML + R2 11,4 ML

1119882541

10/09/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR A ROSA CLARO/CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	6,85 (6,8-6,9)	6,89
pH R2	8,15 (8,1-8,2)	8,12
Absorbancia / Absorbance R1	0,0150 (0,000-0,0300)	0,006
Absorbancia / Absorbance R1+ R2	0,0250 (0,000-0,0500)	0,008
Teste funcional / Functional test	± 10% DO VALOR ALVO DOS CONTROLES	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA

Controle de Qualidade / Quality Control