

Certificado de Análise

Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310039
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TRIGLICERIDEOS GPO-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
LOTE / LOT: 10709625214
DATA DE FABR./MANUF. DATE 22/08/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/07/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE TRIGLICERIDEOS 3ML
LOTE / LOT: 10725425123
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 24/01/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TRIGLICERIDEOS MONORREAGENTE 250ML
LOTE / LOT: 10720025189
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/07/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, AMARELO/CLEAR, YELLOW	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7,2 (7,1-7,3)	7,23
Absorbancia / Absorbance	0,040 (0,000-0,080)	0,021
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control