

Certificado de Análise
Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310046
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ACIDO URICO R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
LOTE / LOT: 10708525229
DATA DE FABR./MANUF. DATE 26/06/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/08/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE ACIDO URICO 3ML
LOTE / LOT: 10731325137
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/08/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO R1 200ML
LOTE / LOT: 10718625160
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO R2 50ML
LOTE / LOT: 10718725147
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR LIQUID , STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7,01
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7,00
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,003
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,034
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control