

Certificado de Análise
Analysis Certificate

MS ANVISA	80115310046
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ACIDO URICO R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL	1010250K
LOTE / LOT:	10708525231
DATA DE FABR./MANUF. DATE	18/08/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	26/09/2026
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	PADRAO DE ACIDO URICO 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL	1010003P
LOTE / LOT:	10731325139
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	26/09/2026
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	ACIDO URICO R1 200ML
COD. INTERNO / INTERNAL	1010200R1K
LOTE / LOT:	10718625161
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/12/2026
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	ACIDO URICO R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL	1010050R2K
LOTE / LOT:	10718725148
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR LIQUID , STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7,01
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7,00
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,003
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,034
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According