

Certificado de Análise
Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310194
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ACIDO URICO WS R1 4X30ML + R2 2X15ML
LOTE / LOT: 1101272580
DATA DE FABR./MANUF. DATE 25/08/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO WS R1 30ML (MIURA)
LOTE / LOT: A1101282576
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO WS R2 15ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101292575
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR LIQUID , STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7,00
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7,00
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,002
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,008
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.