

**Certificado de Análise**  
**Analysis Certificate**

MS ANVISA 80115310206  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS 2X30ML  
LOTE / LOT: 1101302574  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 18/09/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/06/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALBUMINA WS 30ML (NOVO MIURA)  
LOTE / LOT: 1101312575  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/06/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance            | LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN                                                    | Conforme/According  |
| Odor / Odour                      | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH                                | 4.2 (4.1-4.3)                                                                              | 4,23                |
| Absorbancia / Absorbance          | 0.225 (0.100-0.350)                                                                        | 0,229               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control