

## Certificado de Análise

## Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310093  
**Descrição / Description** ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML  
**LOTE / LOT:** 10793025257  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 11/02/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 04/10/2026

---

**Descrição / Description:** ALFA-AMILASE G7 R1 20ML  
**LOTE / LOT:** 10793125180  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 04/10/2026

---

**Descrição / Description:** ALFA-AMILASE G7 R2 15ML  
**LOTE / LOT:** 10793325184  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 04/10/2026

Descrição / Description	Especificação / Specification	Resultado / Results
Aparência / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparência / Appearance R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control