

Certificado de Análise

Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310093
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML
LOTE / LOT: 10793025268
DATA DE FABR./MANUF. DATE 07/07/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALFA-AMILASE G7 R1 20ML
LOTE / LOT: 10793125186
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALFA-AMILASE G7 R2 15ML
LOTE / LOT: 10793325190
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control