

Certificado de Análise

Analysis Certificate

MS ANVISA	80115310044
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CK-NAC DGKC/IFCC R1 3X20ML + R2 1X15ML
LOTE / LOT:	11014625109
DATA DE FABR./MANUF. DATE	28/05/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	CK-NAC DGKC/IFCC R1 20ML (MIURA)
LOTE / LOT:	11014725103
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	14/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	CK-NAC DGKC/IFCC R2 15ML (MIURA)
LOTE / LOT:	11014825105
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR (TIOL)/ SLIGHT SMELL (TIOL)	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERÍSTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	6,00 (5,90 - 6,10)	6,05
pH R2	9,00 (8,90 - 9,10)	9,01
pH R1+R2	6,50 (6,40 - 6,60)	6,54
Absorbancia / Absorbance R1	0,190 (0,100 - 0,280)	0,206
Absorbancia / Absorbance R1+ R2	0,250 (0,100 - 0,400)	0,334
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According