

# Certificado de Análise

## Analysis Certificate

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| MS ANVISA                       | 80115310044                            |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION         | CK-NAC DGKC/IFCC R1 3X20ML + R2 1X15ML |
| LOTE / LOT:                     | 11014625110                            |
| DATA DE FABR./MANUF. DATE       | 29/07/2025                             |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 18/07/2026                             |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:        | CK-NAC DGKC/IFCC R1 20ML (MIURA) |
| LOTE / LOT:                     | 11014725104                      |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 18/07/2026                       |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:        | CK-NAC DGKC/IFCC R2 15ML (MIURA) |
| LOTE / LOT:                     | 11014825106                      |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 18/07/2026                       |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID                                            | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID                                            | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | LEVE ODOR (TIOL)/ SLIGHT SMELL (TIOL)                                                      | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERÍSTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR                                           | Conforme/According  |
| pH R1                             | 6,00 (5,90 - 6,10)                                                                         | 6,05                |
| pH R2                             | 9,00 (8,90 - 9,10)                                                                         | 9,02                |
| pH R1+R2                          | 6,50 (6,40 - 6,60)                                                                         | 6,54                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0,190 (0,100 - 0,280)                                                                      | 0,203               |
| Absorbancia / Absorbance R1+ R2   | 0,250 (0,100 - 0,400)                                                                      | 0,328               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |