

Certificado de Análise
Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310040
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL CHOD PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL 1020250K
LOTE / LOT: 10708725194
DATA DE FABR./MANUF. DATE 16/06/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/01/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE COLESTEROL 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL 1020003P
LOTE / LOT: 10725325103
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/01/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: COLESTEROL MONORREAGENTE 250ML
COD. INTERNO / INTERNAL 1020250MK
LOTE / LOT: 10719025177
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/05/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	6.70 (6.60-6.80)	6,69
Absorbancia / Absorbance	0.015 (0.000-0.030)	0,006
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control