

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310040  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL CHOD PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO  
LOTE / LOT: 10708725198  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 27/08/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/01/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE COLESTEROL 3ML  
LOTE / LOT: 10725325105  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/01/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: COLESTEROL MONORREAGENTE 250ML  
LOTE / LOT: 10719025179  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/07/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                           | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance            | LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID                                                       | Conforme/According  |
| Odor / Odour                      | LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL                                                  | Conforme/According  |
| pH                                | 6.70 (6.60-6.80)                                                                        | 6,7                 |
| Absorbancia / Absorbance          | 0.015 (0.000-0.030)                                                                     | 0,005               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control