

Certificado de Análise
Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310057
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL 1030250K
LOTE / LOT: 10708925318
DATA DE FABR./MANUF. DATE 24/07/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE CREATININA 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL 1030003P
LOTE / LOT: 10735525207
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/08/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA R1 200ML
COD. INTERNO / INTERNAL 1030200R1K
LOTE / LOT: 10719125252
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/06/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL 1030050R2K
LOTE / LOT: 10719425218
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	13.0 (12.90-13.10)	13,05
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.150 (0.120-0.180)	0,151
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control