

Certificado de Análise

Analysis Certificate

MS ANVISA

80115310054

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

FOSFATASE ALCALINA IFCC R1 3X20ML + R2 1X15ML

LOTE / LOT:

1101572599

DATA DE FABR./MANUF. DATE

15/09/2025

DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:

15/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:

FOSFATASE ALCALINA IFCC R1 20ML (MIURA)

LOTE / LOT:

1101582589

DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:

13/11/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:

FOSFATASE ALCALINA IFCC R2 15ML (MIURA)

LOTE / LOT:

1101592588

DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:

15/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE AMINAS/SLIGHT SMELL AMINES	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	10,4 (10,3-10,5)	10,42
pH R2	9,0 (8,9-9,1)	8,99
pH R1 + R2	10,4 (10,3-10,5)	10,43
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,45 (0,300-0,600)	0,457
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According