

Certificado de Análise

Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310038
Descrição / Description GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
LOTE / LOT: 10709125234
DATA DE FABR./MANUF. DATE 18/06/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/05/2027

Descrição / Description: PADRAO DE GLICOSE 3ML
LOTE / LOT: 10725525138
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/09/2027

Descrição / Description: GLICOSE MONORREAGENTE 250ML
LOTE / LOT: 10719525219
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/05/2027

Descrição / Description	Especificação / Specification	Resultado / Results
Aparência / Appearance	LIMPIDO, AMARRONZADO A AVERMELHADO/CLEAR, BROWNISH TO REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7,60
Absorbância / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0,003
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.