



Certificado de Análise

Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310204
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE WS 4X43,6ML
LOTE / LOT: 1111852566
DATA DE FABR./MANUF. DATE 07/08/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 28/07/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GLICOSE MONORREAGENTE 43,6ML
LOTE / LOT: 1111862564
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 28/07/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, AMARRONZADO A AVERMELHADO/CLEAR, BROWNISH TO REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7,51
Absorbancia / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0,008
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control