

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310255  
**Descrição / Description** MAGNESIO COLORIMETRICO 2X30ML + 1X3ML PADRAO  
**LOTE / LOT:** 1118112570  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 16/05/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 23/11/2026

---

**Descrição / Description:** PADRAO DE MAGNESIO COLORIMETRICO 3ML  
**LOTE / LOT:** 1118122532  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 23/11/2026

---

**Descrição / Description:** MAGNESIO COLORIMETRICO 30ML  
**LOTE / LOT:** 1118132546  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 14/02/2027

---

Descrição / Description	Especificação / Specification	Resultado / Results
Aparência / Appearance	AZUL, LIMPIDO / CLEAR, BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	11.0 (10.9-11.1)	10,97
Absorbância / Absorbance	1.150 (1.000-1.300)	1,263
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control